





PLANUL DE CĂȘTIGĂRI - 2015

3	<p><b>Centrifuga cu racire pt.compartimentul BK:</b> Descriere: Centrifuga cu racire si protectie aerosoli va conține următoarele componente ce vor fi incluse în preț - Rotor Swing-out cu 4 locuri X 7 tuburi - Forta relativa de centrifuga 3000 - 4000g - 4 adaptoare pentru tuburi de urmatoarele dimensiuni: Lungime = 11 - 13 cm. latime = 2 – 2,5 cm, capacitate = 10 – 15 ml - 4 capace pentru cele 4 adaptatoare - Sistem de ventilatie pentru a evita incalzirea camerei de centrifugare - Camera de centrifugare confectionata din otel inoxidabil. - Protectie impotriva supraincalzirii motorului - Motor cu inductie fara perii, silentios - Capac cu sistem de blocare - Sistem de refrigerare si material termo-izolator - Display: Digital pentru viteza, forta centrifuga si timp - Domeniu de setare a vitezei: 500-14000 rpm - Domeniu de temperatura: -9° C - +40°C - Temperatura de functionare: &gt;+4°C la viteza maxima. - Alimentare electrica: 230 V, 50/60 Hz - Dimensiuni exterioare: Lungime ( L ) = 380 – 680 mm Latime ( l ) = 350 – 650 mm Inaltime ( h ) = 290 – 600 mm Va rugam ca: oferta sa fie exprimata in lei, se va asigura punerea in functiune dupa livrare, se va preciza perioada garantiei. Centrifuga sa fie insotita de Carte tehnica, Fisa tehnica in limba romana, Certificat de calitate.</p>	buc	1	
4	<p><b>Microscop cu fluorescenta pt. compartimentul BK:</b> Descriere: Microscop cu fluorescenta -Sistem optic: IOS - cu corectie la infinit -Distanta parfocala 45 mm -Cap trinocular, inclinat la 30°, cu rotire la 360° -Compensare dioptrica -Ajustare adfistentei interpupulare 48-75 mm -Oculare camp larg WF10x/20 mm -Cap revolver cu 5-pozitii -Objective IOS Planacromatice 4x/0.1, 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.65 si 50x/0.75. -Masuta de lucru cu miscare pe 2 axe -Dimensiune masuta 160x142 mm -Domeniu miscare 76x52 mm. -Sistem de focalizare cu mecanism cu pinioane si blocare -Control coaxial brut si fin -Ajustare fina se face cu gradatie de 0,02 mm -Miscare verticala 20 mm -Condensator Abbe cu apertura numerica N.A. 1.25. -Prevazut cu diafragma tip iris, filtru albastru si suport de filtru -Iluminare pentru lumina transmisa Brightfield Illumination X-LEDTM -Iluminare pentru fluorescenta LED de mare putere -Set de filtre B (FITC) (TRITC), filtre V si UV</p>	buc	1	

Termenul limită de participare cu ofertă de preț fără TVA, este data de 26.10.2015, ora 10<sup>00</sup>;

- Termenul de deliberare a ofertei este data de 28.10.2015;
- Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut;**
- Condiții de livrare: **franco beneficiar,**
- Procedura se va finaliza prin atribuirea ofertei de preț ;
- Plata cu O.P. prin Trezorerie, în termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale, plata facturii se realizează în perioada 24-31 a fiecărei luni, în conformitate cu art.36, alin. 1, din OUG nr.34/2009.

Pentru informații suplimentare, desemnăm ca persoană de contact pe dl Sandu Raul și dl Negoite Gheorghe, birou achiziții, telefon 0234344129/0234344124, int. 128, fax 0234344126, adresa e-mail [achizitii.sptgocna@anp.gov.ro](mailto:achizitii.sptgocna@anp.gov.ro)

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulțumim.

Comisar șef de penitenciare Denise Anca OLAR  
Director  
Penitenciarul Spital Tg. Ocna



Strada Crizantemelor, nr. 9, cod 605600, Tg.Ocna, România  
e-mail : [sptgocna@anp.gov.ro](mailto:sptgocna@anp.gov.ro)